



Ref. Certif. No.
US/2758/ITS

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEM CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS
DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

| | |
|--|---|
| Product Produit | Isolation Transformer |
| Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur | Bridgeport Magnetics 6 Waterview Dr. Shelton, CT 06484 United States of America |
| Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant | Bridgeport Magnetics 6 Waterview Dr. Shelton, CT 06484 United States of America |
| Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine | Bridgeport Magnetics 6 Waterview Dr. Shelton, CT 06484 United States of America |
| Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales | 230VAC, 50/60Hz, 2.7A; 120VAC, 60Hz, 5A (Values for Models Tested) Model name IP-a/b indicates the ratings, whereby "a" specifies the power in VA and "b" specifies the frequency in Hz. Maximum power: 2500VA for 50Hz, 3000VA for 60Hz. |
| Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe) | Bridgeport Magnetics |
| Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur | |
| Model / Type Ref. Ref. De type | IP-350/50, IP-650/50, IP-1000/50, IP-1200/50, IP-1800/50, IP-2500/50, IP-300/60, IP-400/60, IP-600/60, IP-800/60, IP-1000/60, IP-1200/60, IP-1500/60, IP-2200/60, IP-3000/60 |
| Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqué sur la 2ème page) | |
| A sample of Product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI | 60601-1(ed.2);am1;am2 |
| National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires | AU, CA, CH, DK, IL, SI, US |
| As show in the Test Report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat | 100220280BOX-001 |

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Intertek Testing Services, N.A.
165 Main Street, Cortland, NY 13045, USA

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Date: 2010-12-21

Signature: John Quigley